



SINCE 1883

**ООО «Батумский нефтяной терминал»
Калибровочная лаборатория средств измерительной техники
Сфера аккредитации**



ССТ ИСО/ИЭК 17025:2010
GAC-CL-0008
18.03.2015 – 18.03.2019

**ООО «Батумский нефтяной терминал»
Калибровочная лаборатория средств измерительной техники
Сфера аккредитации**

№№	Объект калибровки	Величина измерения / показатель	Возможности калибровки и измерения	Идентификация метода и наименование
1.	Манометр образцовый	Давление	(0-40) кгс/см ² , к.т. 0,4	ВОТ-CL-3-0005 Процедура калибровки образцовых манометров класса точности 0.4
2.	Цифровой калибратор давления	Давление	(0-20) кгс/см ² , к.т. 0,4	ВОТ-CL-3-0005 Процедура калибровки образцовых манометров класса точности 0.4
3.	Технический манометр, мановакумметр (давление)	Давление	(0-40) кгс/см ² , к.т. 1,0 - 2,5	ВОТ-CL-3-0003 Процедура калибровки технических манометров/ мановакуумметров (давление)
4.	Цифровой термометр с датчиком RTD	Температура	(0...+100) °С, точность ±1.5 °С	ВОТ-CL-3-0021 Метод сличения цифровых электронных термометров «опекал»
5.	Биметаллический термометр / манометр	Температура	(0...+100) °С, к.т. 1,0	ВОТ-CL-3-0022 Процедура калибровки биметаллических / манометрических термометров